

Tabelle 1: Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten vor Aufbereitung

KATEGORIE	BESCHREIBUNG	AUFBEREITUNG	
<b>UNKRITISCH</b>	Medizinprodukte, die nur mit intakter Haut in Berührung kommen	Vorbehandlung	Nein
		Reinigung/Desinfektion	Ja
		Sterilisation	Nein
		Besonderheiten	keine
<b>SEMIKRITISCH A</b> ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung	Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen und keine besondere Anforderungen an die Aufbereitung stellen (Effektivität der Reinigung gut beurteilbar; unempfindliches Produkt)	Vorbehandlung	ggf.
		Reinigung/Desinfektion	Ja
		Sterilisation	ggf.
		Besonderheiten	Desinfektion mit Wirkungsbereich AB
<b>SEMIKRITISCH B</b> mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung	Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen und besondere Anforderungen an die Aufbereitung stellen (Effektivität der Reinigung schlecht beurteilbar [Lumen]; empfindliche Produkte [Optiken], begrenzte Anzahl an Aufbereitungszyklen)	Vorbehandlung	Ja
		Reinigung/Desinfektion	Ja
		Sterilisation	ggf.
		Besonderheiten	siehe Aufbereitung von Endoskopen
<b>KRITISCH A</b> ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung	Medizinprodukte, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung sind (Effektivität der Reinigung gut beurteilbar; unempfindliches Produkt)	Vorbehandlung	ggf.
		Reinigung/Desinfektion	Ja
		Sterilisation	Ja
		Besonderheiten	Bevorzugt maschinelle Aufbereitung Dampfsterilisation
<b>KRITISCH B</b> mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung	Medizinprodukte, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und besondere Anforderungen an die Aufbereitung stellen (Effektivität der Reinigung schlecht beurteilbar [Lumen]; empfindliche Produkte [Optiken], begrenzte Anzahl an Aufbereitungszyklen) und thermostabil sind (Dampfsterilisation)	Vorbehandlung	Ja
		Reinigung/Desinfektion	Ja
		Sterilisation	Ja
		Besonderheiten	- Nachweis einer Ausbildung zum Sterilgutassistenten - maschinelle Aufbereitung - Dampfsterilisation - ggf. Kennzeichnung
<b>KRITISCH C</b> mit besonders hohen Anforderungen an die Aufbereitung	Medizinprodukte, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und besondere Anforderungen an die Aufbereitung stellen (Effektivität der Reinigung schlecht beurteilbar [Lumen]; empfindliche Produkte [Optiken], begrenzte Anzahl an Aufbereitungszyklen) und thermolabil sind (chemische Sterilisation)	Vorbehandlung	Ja
		Reinigung/Desinfektion	Ja
		Sterilisation	Ja
		Besonderheiten	- Zertifizierung des Qualitätsmanagements - Risikoanalyse - Kennzeichnung